

## Fluke 283 FC CAT III 1500 V digitale multimeter

€ 617,00

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Beschermingsgraad (IP)            | IP54                  |
| IR-interface                      | Nee                   |
| Explosiegeteste uitvoering        | Nee                   |
| Stroomverzorging                  | Batterij              |
| Meetwaardegeheugen                | Ja                    |
| Doorgangstest                     | Ja                    |
| Momentwaardegeheugen (Data Hold)  | Ja                    |
| Frequentiemeting                  | Ja                    |
| Meetcircuitcategorie              | CAT IV                |
| Indicatie/aanduiding              | Grafisch              |
| Rendementsmeting (TRMS)           | Ja                    |
| Interface                         | Ja                    |
| Capaciteitsmeting                 | Ja                    |
| Met decibelmetering (dB)          | Nee                   |
| Weerstandstest/diodetest          | Ja                    |
| Inductiviteitsmeting              | Nee                   |
| Kleinste resolutie gelijkspanning | 0,001 mV              |
| Kleinste resolutie wisselspanning | 0,001 mV              |
| Geleidewaardemeting               | Nee                   |
| Max. spanningsbereik AC           | 1.000 V               |
| Max. spanningsbereik DC           | 1.500 V               |
| Maximaalwaardegeheugen            | Ja                    |
| Meervoudige indicatie             | Ja                    |
| Minimumwaardegeheugen             | Ja                    |
| Relatieve waarde meting           | Ja                    |
| Piekwaardegeheugen                | Nee                   |
| Metingen van duty cycle           | Nee                   |
| Met temperatuurmetering           | Nee                   |
| Meetbereikkeuze                   | Handmatig/automatisch |
| Bluetooth interface               | Ja                    |
| Temperatuurmetering TC            | Nee                   |
| Toerentalmeting                   | Nee                   |

|                                                                  |                          |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Zekeringsautomaat</b>                                         | Nee                      |
| <b>Max. spanning meetcircuitcategorie</b>                        | 1.000 V                  |
| <b>Met schermverlichting</b>                                     | Ja                       |
| <b>Schaalindeling balkaanduiding lineair</b>                     | Ja                       |
| <b>Schaalindeling balkaanduiding logaritmisch</b>                | Nee                      |
| <b>Max. capaciteitsmeetbereik</b>                                | 9.999 µF                 |
| <b>Kleinste resolutie capaciteit</b>                             | 0,001 µF                 |
| <b>Max. frequentiemeetbereik</b>                                 | 99,99 kHz                |
| <b>Kleinste resolutie frequentie</b>                             | 0,01 Hz                  |
| <b>Model</b>                                                     | Multimeter               |
| <b>Milliohmmeting met 4-draads-techniek (Kelvin aansluiting)</b> | Nee                      |
| <b>Temperatuurmeting RTD</b>                                     | Nee                      |
| <b>Kabellengtemeting</b>                                         | Nee                      |
| <b>Kabelsymmetrietest voor 2-draads-aansluitingen a-b-E</b>      | Nee                      |
| <b>Vermogens- en energiemeting</b>                               | Ja                       |
| <b>Harmonische analyse/power quality</b>                         | Nee                      |
| <b>Hoogspanningstest voor motorwikkelingen</b>                   | Nee                      |
| <b>Kalibratie conform ISO/IEC 17025</b>                          | Nee                      |
| <b>Kalibratiecertificaat volgens DAkkS</b>                       | Nee                      |
| <b>COFRAC gecertificeerd</b>                                     | Nee                      |
| <b>Land van herkomst</b>                                         | Verenigd Koninkrijk (GB) |





